# A M S K22

*Autorizované metrologické středisko* **RAMET a.s., Letecká 1110, 686 04 KUNOVICE**

## *OVĚŘOVACÍ LIST* *č. 176/26*

**DATUM VYDÁNÍ:** 26.10.2026
**Počet: stran:1, listů:1**

RAMET a.s. AUTORIZOVANÉ METROLOGICKÉ STŘEDISKO K22

.....
Ing. Viktor Lokaj
vedoucí AMS K22

razítko AMS K22

**1. VLASTNÍK MĚŘIDLA(příp. podatel):** **MP Nový Jičín**

**2. NÁZEV A TYP MĚŘIDLA:** **Silniční rychloměr RAMER10**

2.1 Výrobní číslo měřidla: **25/0948**
2.2 Výrobní číslo sensoru: 25/1507
2.3 Rozsah měření: 20 až 250 km/h
2.4 Výrobce: RAMET s.r.o. Kunovice
2.5 Výrobní čísla schválených skříní: **20/0096 ulice Palackého, u domu čp. 1987/76, Nový Jičín**

**3. POUŽITÉ ETALONY A MĚŘIDLA S NÁVAZNOSTÍ NA STÁTNÍ ETALONY PŘÍSLUŠNÉ JEDNOTKY**

3.1 Etalonový rychloměr R306102N, v.č. 001, kalibrační list 8012-KL-50202-26, dat. kalibrace 2.9.2026
3.2 Mikrovlnný čitač HP 5352B, v.č. 3049A01166, kalibrační list 1013-KL-40025-25, dat. kalibrace 23.7.2025
3.3 Generátor TABOR ELECTRONIC WW1074, v.č. 209143, kal. list 1013-KL-20027-25, dat. kalibrace 10.9.2025
3.4 Měřické pásmo Richter 308WP-I/50m, i.č. DS3788, kalibrační list 6014-KL-H0599-24, dat. kalibrace 7.11.2024
3.5 Simulátor VFM R314415N, v.č. 11/0001, kalibrační list 1013-KL-40030-26, dat. kalibrace 14.10.2026
3.6 Mikrovlnný rychloměr PA503061, v.č. 03/0002, kalibrační list 202600008, dat. kalibrace 11.05.2026

**4. MĚŘIDLO BYLO ZKOUŠENO:** na základě požadavků *Opatření obecné povahy číslo 0111-OOP-C005-09* podle metrologických předpisů MP01-MP11 a na základě Rozhodnutí o udělení autorizace 38/2000 ze dne 21.12.2000

**5. PODMÍNKY MĚŘENÍ:** podle požadavků *Opatření obecné povahy číslo 0111-OOP-C005-09*
teplota v laboratoři (23 ± 3) °C, rel. vlhkost vzduchu max. 75 %

**6. VÝSLEDEK ZKOUŠKY:** Provedené zkoušky měřidla prokázaly, že předložený silniční rychloměr má požadované metrologické vlastnosti (viz. Certifikát o schválení typu stanoveného měřidla se značkou schválení typu TCM 162/10-4724).
**Závěr: Rychloměr byl jako stanovené měřidlo ověřen a splňuje požadavky stanovené *Opatřením obecné povahy číslo 0111-OOP-C005-09.***
**Lze jej používat k měření rychlosti za dodržování Návodu k obsluze.**

**7. ZPŮSOB VYZNAČENÍ OVĚŘENÍ NA MĚŘIDLE:**
úřední značky umístěné na místech uvedených v certifikátu o schválení typu stanoveného měřidla viz bod 6.

**8. PLATNOST OVĚŘENÍ:** podle §7 odstavec 1 Vyhlášky MPO č. 262/2000 Sb. v platném znění. Ověření zaniká v případech uvedených v §7, odstavec 2 této vyhlášky. Doba platnosti ověření 1 rok podle Vyhlášky 345/2002 Sb. v platném znění.
**Konec platnosti ověření dne 25.10.2027**

**9. OVĚŘENÍ PROVEDL:** Tomáš Foltýn **DATUM ZKOUŠKY:** 26.10.2026

*Tento ověřovací list nesmí být bez písemného souhlasu ověřující laboratoře rozmnožován jinak než celý.*